

**MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-BENIN II**  
**PP15-COM-PRISP-09 - Sélection de fournisseur(s) d'équipements de test pour la mise en place de laboratoires de test de réfrigérateurs et de lampes – DAO**  
**BULLETIN #1**  
**(QUESTIONS ET REPONSES SUR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES)**

Date de publication : 31 mars 2022			
Date initiale de remise des offres : 12 mai 2022			
N°	Référence au DAO	QUESTIONS DE CLARIFICATIONS	REPONSES DE MCA BENIN II
1.	DAO, Section V, Spécifications des Biens, formulaire SR3, Lot 1	Pouvez-vous nous fournir les plans d'aménagement du laboratoire de test à l'université de Calavi (EPAC)?	Les plans d'aménagement du laboratoire de test à l'Ecole Polytechnique d'Abomey- Calavi (EPAC) ne sont pas disponibles. L'aménagement intérieur est laissé au soin du fournisseur sur la base de l'existant et des équipements à compléter.
2.	DAO, Section V, Spécifications des Biens, formulaire SR3, Lot 1	Pouvez-vous nous fournir les schémas électriques du coffret électrique alimentant le laboratoire de test de l'Université d'Abomey-Calavi ?	Les schémas électriques du coffret électrique alimentant le laboratoire de test de l'université d'Abomey-Calavi ne sont pas immédiatement disponibles pour être fournis. Toutes les questions liées à l'aménagement intérieur sont laissées au soin du fournisseur et de l'installateur des équipements complémentaires. Il est utile de s'appuyer sur les constats effectués lors de la visite de site guidée du 12 avril 2022.
3.	DAO, Section V, Spécifications techniques, formulaire SR3, Lot 2	Pouvez-vous nous fournir les plans d'aménagements de la chambre à air calme ?	Les plans d'aménagement de la chambre à air calme ne sont pas disponibles. Seul le plan réhabilité du local devant abriter le laboratoire est disponible et partagé avec les potentiels soumissionnaires. Le soumissionnaire peut proposer les plans

			d'aménagement de la chambre à air calme qui correspondent au mieux au besoin du projet.
4.	DAO, Section VI, Conditions Générales du Contrat	Pouvez-vous nous confirmer que le marché est HORS TAXES et HORS TVA ?	Le marché est Hors Taxes (Hors TVA et Hors Douane). Toutefois, nous vous invitons à lire la clause 15 - Impôts et Taxes de la Section VII, Conditions Générales du Contrat du Dossier d'Appel d'Offres, la clause 2.8 du Compact et le Guide Fiscal de MCA-Bénin II que vous trouverez en cliquant sur le lien ci-après : <a href="https://mcabenin2.bj/media/publication/null/6">https://mcabenin2.bj/media/publication/null/6</a> qui donnent des détails sur les impôts et taxes.
5.	DAO, Section VI, Conditions Générales du Contrat	Pouvez-vous préciser qui est chargé du dédouanement des marchandises ?	Comme précisé au point 4, le marché est hors douane. Toutefois, le Vendeur doit assurer les frais d'enlèvement, de transport jusqu'à la destination finale ainsi que la manutention.
6.	DAO, Section II, Fiche des Données Particulières de l'Appel d'Offres ; Délai de soumissions des offres	Pouvez-vous nous accorder un délai supplémentaire de 7 à 15 jours pour la date de soumission électronique de l'offre ?	MCA-Bénin II ne peut pas accorder un délai supplémentaire face aux contraintes existantes pour la mise en œuvre de cette activité notamment au regard de la date de fin du programme MCA-Bénin II.
7.	DAO, Section V, formulaire SR3, Spécifications techniques, Lots 1, 2, 3 et 4	Pouvez-vous nous confirmer les délais de garantie de chaque lot ?	Délais de garantie : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lot 1 : 5 ans</li> <li>- Lot 2 : 3 ans</li> <li>- Lot 3 : 5 ans</li> <li>- Lot 4 : 1 an</li> </ul> <p>Pour plus de détails, nous vous prions de lire la Section V, le formulaire SR3, Spécifications Techniques du Dossier d'Appel d'Offres.</p>

8.	DAO, Section I, Instructions aux Soumissionnaires, Eligibilité	Notre société est-elle éligible pour soumissionner et gagner le marché ?	<p>L'éligibilité d'une société est établie sur la base des documents fournis par ladite société dans son offre pour prouver son éligibilité en réponse aux exigences d'un Dossier d'Appel d'Offres. Par conséquent, MCA-Bénin II ne saurait établir l'éligibilité d'une société sans avoir reçu et examiné son offre.</p> <p>De même, MCA-Bénin II ne saurait dire à une société qu'elle pourrait gagner un marché sans avoir évalué son offre.</p> <p>Pour plus de détails, MCA-Bénin II vous invite à lire des dispositions sur l'éligibilité contenues dans les Instructions aux Soumissionnaires du DAO.</p>
9.	DAO, Section V, Spécifications techniques, formulaire SR3, Lot 2	Quel type de toiture est prévu pour le futur bâtiment devant accueillir la chambre frigorifique (Lot 2) ?	Pour le bâtiment devant accueillir la chambre à air calme, il est prévu une toiture de type dalle en terrasse.
10.	DAO, Section V, Spécifications techniques, formulaire SR3, Lot 2	Est-il prévu un SAS pour le bâtiment devant accueillir la chambre frigorifique (Lot 2) ?	Comme le présente la vue en plan réhabilité du local devant abriter le laboratoire de test de l'ANM, la chambre à air calme sera disposée dans la chambre d'essai qui s'ouvre sur la salle de stockage des réfrigérateurs. Cette salle sert de SAS d'entrée pour la chambre à air calme d'essai. Un SAS d'entrée est aussi prévu pour la salle du laboratoire de métrologie.

11.	DAO, Section V, Spécifications techniques, formulaire SR3, Lot 2	Est-il prévu une cage de Faraday pour la protection du bâtiment devant accueillir la chambre frigorifique ?	Non, il n'est pas prévu une cage de Faraday pour la protection du bâtiment devant accueillir la chambre frigorifique.
12.	DAO, Section V, Spécifications techniques, formulaire SR3, Lot 2	Pouvons- nous proposer une chambre à air calme modulaire pour le lot 2 ?	Oui, pourvu que la chambre à air calme puisse avoir les caractéristiques indiquées dans la section V des spécifications techniques (dimensions, et autres) et pourvoir s'installer dans le local prévu à cet effet.

Cotonou, le 03 mai 2022

Pour le Coordonnateur National & PO  
le Directeur des Opérations  
Chargé de l'intérim



The image shows a handwritten signature in blue ink that overlaps a circular blue stamp. The stamp contains the text 'Le Coordonnateur National' in the center and 'CHALLENGE ARGENT BÉNIN II' around the perimeter.

Joël AKOWANOU